

Analiz Sertifikası

Set İsmi	MGG-Quick
Marka	GBL® Rosa-Stain
Referans Numarası	5024
LOT Numarası	C6869
Sipariş Numarası	445024020500
Üretim Tarihi	19.10.2023
Son Kullanma Tarihi	19.10.2025
Analiz Tarihi	25.10.2023
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
A-Metanollü Fiksatif		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Yeşil	Yeşil
B-Tamponlu Ksanten Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
pH	6,6	6,622
C-Tamponlu Tiyazin Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Kırmızı	Kırmızı
pH	6,6	6,611

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Hücre Tipi	Teorik Sonuç	Sonuç
Eritrositler	Pembe / sarımsı kırmızı	Pembe / sarımsı kırmızı
Trombositler	Mor / mor granüller	Mor / mor granüller
Nötrofiller	Mavi çekirdek, pembe sitoplazma, mor granüller	Mavi çekirdek, pembe sitoplazma, mor granüller
Eozinofiller	Mavi nükleus, mavi sitoplazma, kırmızı granüller	Mavi nükleus, mavi sitoplazma, kırmızı granüller
Bazofil	Mor / koyu mavi çekirdek, mor granüller	Mor / koyu mavi çekirdek, mor granüller
Monositler	Menekşe çekirdeği, açık mavi sitoplazma	Menekşe çekirdeği, açık mavi sitoplazma
Kan parazitleri	Açık kırmızı çekirdeği	Açık kırmızı çekirdeği