

Analiz Sertifikası

Set İsmi	Gram Boyama Seti
Marka	GBL® Rosa-Stain
Referans Numarası	5026
LOT Numarası	C7454
Sipariş Numarası	445026050250
Üretim Tarihi	02.01.2024
Son Kullanma Tarihi	02.01.2026
Analiz Tarihi	05.01.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
A-Gram Kristal Moru Çözeltilisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Mavi-violet	Mavi-violet
B-Gram Lugol Çözeltilisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Kahverengi	Kahverengi
C-Denatüre Alkol Çözeltilisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Renksiz	Renksiz
D-Gram Safranin Çözeltilisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Kırmızı	Kırmızı

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Pozitif, mor basil bakteriler	Pozitif, mor basil bakteriler
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Negatif, kırmızı basil bakteriler	Negatif, kırmızı basil bakteriler