

Analiz Sertifikası

| | |
|------------------------------|---|
| Set İsmi | Gram Jensen; Aseton Alkollü Boyama Seti |
| Marka | GBL ROSA- STAIN |
| Referans Numarası | 5306 |
| LOT Numarası | C7549 |
| Sipariş Numarası | 445306020500 |
| Üretim Tarihi | 15.01.2024 |
| Son Kullanma Tarihi | 15.01.2026 |
| Analiz Tarihi | 06.02.2024 |
| Depolama Sıcaklığı ve Süresi | 15-25 °C (2 yıl kullanım süresi) |

| Fiziksel Özellikler | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| A-Gram Kristal Moru Çözeltisi | | |
| Kalite Kontrol Değerleri | Teorik Sonuç | Sonuç |
| Form | Sıvı | Sıvı |
| Çözünürlük | Çözünür | Çözünür |
| Renk | Mavi-violet | Mavi-violet |
| B-Gram Asetonlu Alkol | | |
| Kalite Kontrol Değerleri | Teorik Sonuç | Sonuç |
| Form | Sıvı | Sıvı |
| Çözünürlük | Çözünür | Çözünür |
| Renk | Renksiz | Renksiz |
| C-Gram Lugol Çözeltisi | | |
| Kalite Kontrol Değerleri | Teorik Sonuç | Sonuç |
| Form | Sıvı | Sıvı |
| Çözünürlük | Çözünür | Çözünür |
| Renk | Kahverengi | Kahverengi |
| D-Gram Fuksin Çözeltisi | | |
| Kalite Kontrol Değerleri | Teorik Sonuç | Sonuç |
| Form | Sıvı | Sıvı |
| Çözünürlük | Çözünür | Çözünür |
| Renk | Magenta kırmızısı | Magenta kırmızısı |

| MİKROSKOPİ SONUÇLARI | | |
|---|--------------|-------|
| Kalite Kontrol Mikroorganizmaları | Teorik Sonuç | Sonuç |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Mor | Mor |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Pembe | Pembe |